

pH

SD / pH


0 - 14

Lista de Aplicações


- Água de Refrigeração

Notas

1. A descrição da calibração, a preparação das soluções-tampão e as definições do aparelho são descritas nas instruções de funcionamento pormenorizadas. O aparelho é fornecido com o manual de instruções pormenorizado.



Enxaguar o eletrodo com água destilada ou desionizada e limpar cuidadosamente com uma toalha de papel.



Segurar o aparelho de teste sem a tampa de proteção na água da amostra a ser medida, de modo a que o eletrodo e a sonda de temperatura fiquem imersos na água da amostra não acima do anel de vedação.



É apresentado o resultado da medição.