

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Manual of Methods

MD 100 • MD 110 • MD 200

Silica

(EN) Manual of Methods

Page 4

(ES) Manual de Métodos

Página 44

(IT) Manuale dei Metodi

Pagina 84

(NL) Handboek Methoden

Zijde 124

(DE) Methodenhandbuch

Seite 24

(FR) Méthodes Manuel




Page 64

(PT) Métodos Manual

Página 104

(ZH) 方法手册

Page 144



KS4.3 T / 20


Method name

Method number

Bar code for the detection of the methods

Measuring range

20

S:4.3

Display in the MD 100 / MD 110 / MD 200

$K_{S4.3 T}$
 0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
 Acid / Indicator

Chemical Method

Instrument specific information

The test can be performed on the following devices. In addition, the required cuvette and the absorption range of the photometer are indicated.

Instrument Type	Cuvette	λ	Measuring Range
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Alka-M-Photometer	Tablet / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablet / 250	513211BT

Application List

- Waste Water Treatment
- Drinking Water Treatment
- Raw Water Treatment

Notes

1. The terms Alkalinity-m, m-Value, total alkalinity and Acid demand to $K_{S4.3}$ are identical.
2. For accurate results, exactly 10 ml of water sample must be used for the test.

Language codes ISO 639-1

Revision status

EN Handbook of Methods 01/20

Performing test procedure


Implementation of the provision Acid capacity $K_{S4.3}$ with Tablet

Select the method on the device


For this method, no ZERO measurements are to be carried out with the following devices: XD 7000, XD 7500



Fill 24 mm vial with **10 ml sample**.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. • Pay attention to the positioning.


• • •



Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. • Pay attention to the positioning.



Press the **TEST (XD: START)** button.

The result in Acid Capacity $K_{S4.3}$ appears on the display.



Silicate T

M350

0.05 - 4 mg/L SiO₂

Si

Silicomolybdenum Blue

EN

Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
Silica No. 1	Tablet / 100	513130BT
Silica No. 1	Tablet / 250	513131BT
Silica No. 2	Tablet / 100	513140BT
Silica No. 2	Tablet / 250	513141BT
Silica PR	Tablet / 100	513150BT
Silica PR	Tablet / 250	513151BT
Set Silica No. 1/No. 2 100 Pc.#	100 each	517671BT
Set Silica No. 1/No. 2 250 Pc.#	250 each	517672BT

Notes


1. The tablets must be added in the correct sequence.

Determination of Silicon Dioxide with Tablet

Select the method on the device.



Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Add **SILICA No. 1 tablet**.




Crush tablet(s) by rotating slightly.




Close vial(s).




EN




Dissolve tablet(s) by inverting.




Press the **ENTER** button.




Wait for **5 minute(s)** reaction time.




Add **SILICA PR** tablet.




Crush tablet(s) by rotating slightly.




Add **SILICA No. 2** tablet .



Crush tablet(s) by rotating slightly.




Close vial(s).




Dissolve tablet(s) by inverting.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST** (XD: **START**) button.



Wait for **2 minute(s)** reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.

The result in mg/L Silica appears on the display.



Analyses

The following table identifies the output values can be converted into other citation forms.

Unit	Cite form	Scale Factor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

EN

Chemical Method

Silicomolybdenum Blue

Appendix

Interferences


Removeable Interferences

- Phosphate does not interfere under the reaction conditions.

Derived from

Standard Method 4500-SiO₂ C

* including stirring rod, 10 cm

**Silicate LR PP****M351****0.1 - 1.6 mg/L SiO₂****SiLr****Heteropolyblue**

EN

Material

Required material (partly optional):


Reagents	Packaging Unit	Part Number
VARIO Silica LR, Set F10	1 Set	535690

Notes

1. The given reaction time of 4 minutes refers to a sample temperature of 20 °C. At a sample temperature of 30 °C, a reaction time is 4 minutes and at 10 °C, a reaction time of 8 minutes.

Determination of Silicon dioxide LR with Vario Powder Packs and liquid reagent


Select the method on the device.




Prepare two clean 24 mm vials. Mark one as a blank.




Place **10 mL sample** in each vial.




Add **15 drops Vario Molybdate 3 Reagenz-solution** to each vial.




Close vial(s).




Invert several times to mix the contents.




Press the **ENTER** button.



Wait for **4 minute(s) reaction time**.




Add a **Vario Silica Citric Acid F10 powder pack** in each vial.




Close vial(s).




EN




Swirl around to dissolve the powder.




Press the **ENTER** button.




Wait for **1 minute(s) reaction time**.




Place **blank** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Add a **Vario Silica Amino Acid F10 powder pack** to the sample vial.




Close vial(s).



Swirl around to dissolve the powder.




Press the **ZERO** button.




Wait for **2 minute(s) reaction time**.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.



Remove the vial from the sample chamber.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.



Press the **TEST** (XD: **START**) button.

The result in mg/L Silica appears on the display.



Analyses

The following table identifies the output values can be converted into other citation forms.

Unit	Cite form	Scale Factor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

EN

Chemical Method

Heteropolyblue

Appendix

Interferences

Removeable Interferences

1. Close the vials with the cap immediately after adding the Vario Molybdate 3 reagent solution, otherwise low readings may result.
2. Occasionally water samples contain forms of silica which reacts very slowly with Molybdate. The nature of these forms is not known. A pre-treatment with Sodium hydrogencarbonate and then with Sulphuric Acid will make these forms reactive to Molybdate (pre-treatment is given in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" under "Silica Digestion with Sodium Bicarbonate").

Interference	from / [mg/L]
Fe	large quantities
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	in all quantities

Method Validation


Limit of Detection	0.01 mg/L
Limit of Quantification	0.03 mg/L
End of Measuring Range	1.6 mg/L
Sensitivity	1.35 mg/L / Abs
Confidence Intervall	0.01 mg/L
Standard Deviation	0.004 mg/L
Variation Coefficient	0.46 %



Derived from

Standard Method 4500-SiO₂ D

EN



Silicate HR PP

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

Silicomolybdate

EN

Material

Required material (partly optional):

Reagents	Packaging Unit	Part Number
VARIO Silica HR Reagent, Set F10	1 Set	535700

Preparation

- The temperature of the sample should be between 15 °C and 25 °C.

Notes


- The method measures in the flank of the absorption curve of the resulting coloration. For filter photometers, the accuracy of the method can therefore be improved, if necessary, by user adjustment using a silicate standard (approx. 70 mg/L SiO₂).

Determination of Silicate dioxide HR with Vario Powder Packs


Select the method on the device.




Fill 24 mm vial with **10 mL sample**.




Close vial(s).




Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **ZERO** button.




Remove the vial from the sample chamber.



Add **Vario Silica HR Molybdate F10 powder pack**.




Close vial(s).




Swirl around to dissolve the powder.


EN




Add **Vario Silica HR Acid Rgt. F10 powder pack.**




Close vial(s).




Invert several times to mix the contents.




Press the **ENTER** button.




Wait for **10 minute(s)** reaction time.




Add **Vario Silica Citric Acid F10 powder pack.**




Close vial(s).




Swirl around to dissolve the powder.



Place **sample vial** in the sample chamber. Pay attention to the positioning.




Press the **TEST** (XD:
START) button.



Wait for **2 minute(s)**
reaction time.

Once the reaction period is finished, the measurement takes place automatically.

The result in mg/L Silica appears on the display.



Analyses

The following table identifies the output values can be converted into other citation forms.

Unit	Cite form	Scale Factor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

EN

Chemical Method

Silicomolybdate

Appendix

Interferences

Removeable Interferences

- Occasionally water samples contain forms of silica which reacts very slowly with Molybdate. The nature of these forms is not known. A pre-treatment with Sodium hydrogencarbonate and then with Sulphuric Acid will make these forms reactive to Molybdate (pre-treatment is given in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" under "Silica Digestion with Sodium Bicarbonate").
- If silicon dioxide or phosphate are present, a yellow colour develops. The yellow colour caused by phosphate is eliminated by the addition of silica citric acid F10 powder packets.

Interference	from / [mg/L]	Influence
Fe	large quantities	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	The disturbance is about -2 %
PO ₄ ³⁻	75	The disturbance is about -11 %
S ²⁻	in all quantities	




Method Validation

Limit of Detection	0.38 mg/L
Limit of Quantification	1.14 mg/L
End of Measuring Range	100 mg/L
Sensitivity	120 mg/L / Abs
Confidence Intervall	1.69 mg/L
Standard Deviation	0.70 mg/L
Variation Coefficient	1.38 %

Derived from

Standard Method 4500-SiO₂ C

KS4.3 T / 20


Methoden Name

Methodennummer

Barcode zur Methodenerkennung

Messbereich

20

S:4.3

Säure / Indikator

Displayanzeige im MD 100 MD 110 / MD 200

Chemische Methode

Instrumentenspezifische Informationen

Der Test kann auf den folgenden Geräten durchgeführt werden. Zusätzlich sind die benötigte Küvette und der Absorptionsbereich der Photometer angegeben.

Geräte	Küvette	λ	Messbereich
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0,1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0,1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Alka-M-Photometer	Tablette / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablette / 250	513211BT

Anwendungsbereich

- Abwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
- Rohwasserbehandlung

Anmerkungen

1. Die Begriffe Alkalität-m, m-Wert, Gesamtalkalität und Säurekapazität $K_{S4.3}$ sind identisch.
2. Die exakte Einhaltung des Probevolumens von 10 ml ist für die Genauigkeit des Analyseergebnisses entscheidend.

Sprachkürzel nach ISO 639-1

Revisionsstand

DE Methodenhandbuch 01/20


Durchführung der
Messung**Durchführung der Bestimmung Säurekapazität $K_{s4,3}$ mit Tablette**

Die Methode im Gerät auswählen.


Für diese Methode muss bei folgenden Geräten keine ZERO-Messung durchgeführt werden: XD 7000, XD 7500

24-mm-Küvette mit **10 ml Probe** füllen.


Küvette(n) verschließen.

Die **Probeküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.

• • •



Tablette(n) durch Umschwenken lösen.

Die **Probeküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.Taste **TEST** (XD: **START**) drücken.In der Anzeige erscheint das Ergebnis als Säurekapazität $K_{s4,3}$.



Silikat T

M350

0,05 - 4 mg/L SiO₂

Si

Siliciummolybdänblau

DE

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Silica No. 1	Tablette / 100	513130BT
Silica No. 1	Tablette / 250	513131BT
Silica No. 2	Tablette / 100	513140BT
Silica No. 2	Tablette / 250	513141BT
Silica PR	Tablette / 100	513150BT
Silica PR	Tablette / 250	513151BT
Set Silica No. 1/No. 2 [#]	je 100	517671BT
Set Silica No. 1/No. 2 [#]	je 250	517672BT

Anmerkungen

1. Die Reihenfolge der Tablettenzugabe ist unbedingt einzuhalten.

Durchführung der Bestimmung Siliciumdioxid mit Tablette


Die Methode im Gerät auswählen.



24-mm-Küvette mit **10 mL Probe** füllen.



Küvette(n) verschließen.




Die **Probeküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.



Eine **SILICA No. 1** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Küvette(n) verschließen.




DE




Tablette(n) durch Umschwenken lösen.




Taste **ENTER** drücken.




5 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.




Eine **SILICA PR** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Eine **SILICA No. 2** Tablette zugeben.




Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.




Küvette(n) verschließen.




Tablette(n) durch Umschwenken lösen.



Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.



Taste **TEST** (XD: **START**) drücken.



2 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Siliciumdioxid.

DE



Auswertung

Die folgende Tabelle gibt an wie die ausgegebenen Werte in andere Zitierformen umgewandelt werden können.

Einheit	Zitierform	Umrechnungsfaktor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

DE

Chemische Methode

Siliciummolybdänblau

Appendix

Störungen

Ausschließbare Störungen

- Phosphate stören unter den gegebenen Reaktionsbedingungen nicht.

Abgeleitet von

Standard Method 4500-SiO₂ C

* inklusive Rührstab



Silikat LR PP

M351

0,1 - 1,6 mg/L SiO₂

SiLr

Heteropolyblau

DE

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):


Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
VARIO Silica LR, F10 Set	1 Satz	535690

Anmerkungen

- Die angegebene Reaktionszeit von 4 Minuten bezieht sich auf eine Proben temperatur von 20 °C. Für 30 °C ist eine Reaktionszeit von 2 Minuten, für 10 °C ist eine Reaktionszeit von 8 Minuten einzuhalten.

Durchführung der Bestimmung Siliciumdioxid LR mit Vario Pulverpäckchen und Flüssigreagenz


Die Methode im Gerät auswählen.




Zwei saubere 24-mm-Küvetten bereitstellen. Eine als Nullküvette kennzeichnen.




In jede Küvette **10 mL Probe** geben.




In jede Küvette **15 Tropfen Vario Molybdate 3 Reagenz- Lösung** geben.




Küvette(n) verschließen.




Inhalt durch Umschwenken mischen.




Taste **ENTER** drücken.



4 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.




In jede Küvette ein **Vario Silica Citric Acid F10 Pulverpäckchen** geben.




Küvette(n) verschließen.




DE




Das Pulver durch Umschwenken lösen.




Taste **ENTER** drücken.




1 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.




Die **Nullküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.




Der Probenküvette ein **Vario Silica Amino Acid F10 Pulverpäckchen** zugeben.




Küvette(n) verschließen.



Das Pulver durch Umschwenken lösen.




Taste **ZERO** drücken.



2 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.



Küvette aus dem
Messschacht nehmen.



Die **Probenküvette** in
den Messschacht stellen.
Positionierung beachten.



Taste **TEST** (XD: **START**)
drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Siliciumdioxid.

DE



Auswertung

Die folgende Tabelle gibt an wie die ausgegebenen Werte in andere Zitierformen umgewandelt werden können.

Einheit	Zitierform	Umrechnungsfaktor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

DE

Chemische Methode

Heteropolyblau

Appendix

Störungen

Ausschließbare Störungen

1. Die Küvetten müssen sofort nach Zugabe der Vario Molybdate 3 Reagenzlösung mit dem Küvettendeckel verschlossen werden, da es sonst zu Minderbefunden kommen kann.
2. Gelegentlich enthalten Wasserproben Formen von Kieselsäuren, die sehr langsam mit Molybdat reagieren. Die genaue Art dieser Formen ist derzeit nicht bekannt. Durch eine Vorbehandlung mit Natriumhydrogencarbonat und anschließend mit Schwefelsäure können diese in reaktionsfreudige Formen umgewandelt werden (Beschreibung in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" unter "Silica-Digenstion with Sodium Bicarbonate").

Störung	Stört ab / [mg/L]
Fe	große Mengen
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	in allen Mengen

Methodenvalidierung

Nachweisgrenze	0.01 mg/L
Bestimmungsgrenze	0.03 mg/L
Messbereichsende	1.6 mg/L
Empfindlichkeit	1.35 mg/L / Abs
Vertrauensbereich	0.01 mg/L
Verfahrensstandardabweichung	0.004 mg/L
Verfahrensvariationskoeffizient	0.46 %

Abgeleitet von

Standard Method 4500-SiO₂ D

DE



Silikat HR PP

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

Silicomolybdat

DE

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
VARIO Silica HR Reagenz, Set F10	1 Satz	535700

Vorbereitung

1. Die Probertemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen.

Anmerkungen


1. Die Methode misst in der Flanke der Absorptionskurve der entstehenden Färbung. Bei Filterphotometern kann daher bei Bedarf die Genauigkeit der Methode durch eine Anwenderjustierung mittels eines Silikat-Standards (ca. 70 mg/L SiO₂) verbessert werden.

Durchführung der Bestimmung Siliciumdioxid HR mit Vario Pulverpäckchen


Die Methode im Gerät auswählen.




24-mm-Küvette mit **10 mL Probe** füllen.




Küvette(n) verschließen.




Die **Probeküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.




Taste **ZERO** drücken.




Küvette aus dem Messschacht nehmen.



Ein **Vario Silica HR Molybdate F10 Pulverpäckchen** zugeben.



Küvette(n) verschließen.




Das Pulver durch Umschwenken lösen.


DE




DE




Ein **Vario Silica HR Acid Rgt. F10 Pulverpäckchen** zugeben.




Küvette(n) verschließen.




Inhalt durch Umschwenken mischen.




Taste **ENTER** drücken.




10 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.




Ein **Vario Silica Citric Acid F10 Pulverpäckchen** zugeben.





Küvette(n) verschließen.



Das Pulver durch Umschwenken lösen.



Die **Probeküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.



Taste **TEST** (XD: **START**) drücken. **2 Minute(n) Reaktionszeit** abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Siliciumdioxid.

DE



Auswertung

Die folgende Tabelle gibt an wie die ausgegebenen Werte in andere Zitierformen umgewandelt werden können.

Einheit	Zitierform	Umrechnungsfaktor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

DE

Chemische Methode

Silicomolybdat

Appendix

Störungen

Ausschließbare Störungen

- Gelegentlich enthalten Wasserproben Formen von Kieselsäuren, die sehr langsam mit Molybdat reagieren. Die genaue Art dieser Formen ist derzeit nicht bekannt. Durch eine Vorbehandlung mit Natriumhydrogencarbonat und anschließend mit Schwefelsäure können diese in reaktionsfreudige Formen umgewandelt werden (Beschreibung in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" unter "Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate").
- Sind Siliciumdioxid oder Phosphat vorhanden, entwickelt sich eine gelbe Farbe. Durch die Zugabe des Silica Citric Acid F10 Pulverpäckchens wird die durch Phosphat entstandene gelbe Farbe beseitigt.

Störung	Stört ab / [mg/L]	Einfluss
Fe	große Mengen	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	Die Störung beträgt etwa -2 %
PO ₄ ³⁻	75	Die Störung beträgt etwa -11 %
S ²⁻	in allen Mengen	


Methodenvalidierung

Nachweisgrenze	0.38 mg/L
Bestimmungsgrenze	1.14 mg/L
Messbereichsende	100 mg/L
Empfindlichkeit	120 mg/L / Abs
Vertrauensbereich	1.69 mg/L
Verfahrensstandardabweichung	0.70 mg/L
Verfahrensvariationskoeffizient	1.38 %

Abgeleitet von

Standard Method 4500-SiO₂ C

DE

KS4.3 T / 20


Nombre del método

Número de método

Código de barras para reconocer el método

Rango de medición

20

S:4.3

Indicación en la pantalla de MD 100 / MD 110 / MD 200

Método químico

Información específica del instrumento

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cubeta	λ	Rango de medición
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Título	Unidad de embalaje	Referencia No
Fotómetro alca-M	Tabletas / 100	513210BT
Fotómetro alca-M	Tabletas / 250	513211BT

Lista de aplicaciones

- Tratamiento de aguas residuales
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas de aporte

Notas

1. Las definiciones de alcalinidad-m, valor-m y capacidad ácida $K_{S4.3}$ son idénticas.
2. Añadir un volumen de muestra de exactamente 10 ml, ya que este volumen influye de forma decisiva en la exactitud del resultado.

Códigos de idioma ISO 639-1

Estado de revisión

ES Manual de Métodos 01/20

Realización de la
determinación

Ejecución de la determinación Capacidad ácida $K_{24.3}$ con tableta

Seleccionar el método en el aparato.


Para este método no es necesario realizar medición CERO en los aparatos siguientes:
XD 7000, XD 7500



Llenar la cubeta de 24 mm con **10 ml de muestra**.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!


• • •



Añadir **tableta ALKA-M-PHOTOMETER**.



Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.



Cerrar la(s) cubeta(s).



Silicato T

M350

0.05 - 4 mg/L SiO₂

Si

Silicomolibdeno azul

ES

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Sílice nº 1	Tabletas / 100	513130BT
Sílice nº 1	Tabletas / 250	513131BT
Sílice nº 2	Tabletas / 100	513140BT
Sílice nº 2	Tabletas / 250	513141BT
Sílice PR	Tabletas / 100	513150BT
Sílice PR	Tabletas / 250	513151BT
Juego sílice nº 1/nº 2 [#]	100 cada	517671BT
Juego sílice nº 1/nº 2 [#]	250 cada	517672BT

Notas

1. Debe seguirse estrictamente el orden de adición de las tabletas.

Ejecución de la determinación Dióxido de silicio con tableta

Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra** .



Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Añadir **tableta SILICA No. 1**.




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Cerrar la(s) cubeta(s).




ES




Disolver la(s) tableta(s) girando.




Pulsar la tecla **ENTER**.




Esperar **5 minutos como periodo de reacción**.




Añadir **tableta SILICA PR.**




Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Añadir **tableta SILICA No. 2.**



Triturar la(s) tableta(s) girando ligeramente.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver la(s) tableta(s) girando.



Poner la **cupeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).



Esperar **2 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente. A continuación se visualizará el resultado en mg/L dióxido de silicio.



Evaluación

La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros formularios de citas.

Unidad	Conversión	Factor de conversión
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

ES

Método químico

Silicomolibdeno azul

Apéndice


Interferencia

Interferencias extraíbles

- Los fosfatos no producen perturbaciones bajo estas condiciones de reacción.

Derivado de

Método estándar 4500-SiO₂ C



Silicato LR PP

M351

0.1 - 1.6 mg/L SiO₂

SiLr

Heteropoliazul

ES

Material

Material requerido (parcialmente opcional):


Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Silice LR, juego F10 VARIO	1 Set	535690

Notas

1. El tiempo de reacción indicado de 4 minutos se refiere a una temperatura de muestra de 20 °C. Para 30 °C se deberá mantener un tiempo de reacción de 2 minutos, para 10 °C 8 minutos.

Ejecución de la determinación Dióxido de silicio LR con sobres de polvos Vario y reactivo líquido


Seleccionar el método en el aparato.




Preparar dos cubetas limpias de 24 mm. Identificar una como cubeta en blanco.




Añadir en cada cubeta **10 mL de muestra.**




Añadir en cada cubeta **15 gotas de solución Vario Molybdate 3 Reagenz-.**




Cerrar la(s) cubeta(s).




Mezclar el contenido girando.




Pulsar la tecla **ENTER.**



Esperar **4 minutos como periodo de reacción.**




Añadir un sobre de polvos de **Vario Silica Citric Acid F10** en cada cubeta.




Cerrar la(s) cubeta(s).




ES




Disolver los polvos girando.




Pulsar la tecla **ENTER**.




Esperar **1 minutos como periodo de reacción.**




Poner la **cubeta en blanco** en el compartimento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Añadir un **sobre de polvos Vario Silica Amino Acid F10** en la cubeta de muestra.




Cerrar la(s) cubeta(s).



Disolver los polvos girando.




Pulsar la tecla **ZERO**.



Esperar **2 minutos como periodo de reacción.**

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.



Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).

A continuación se visualizará el resultado en mg/L dióxido de silicio.

ES



Evaluación

La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros formularios de citas.

Unidad	Conversión	Factor de conversión
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

ES

Método químico

Heteropoliazul

Apéndice

Interferencia

Interferencias extraíbles

1. Cierre las cubetas inmediatamente después de añadir la solución reactiva Vario Molybdate 3, de lo contrario se producirán resultados más bajos.
2. Ocasionalmente, las muestras acuosas contienen formas de ácido silícico que reaccionan muy lentamente con molibdato. La clase exacta de estas formas se desconoce por el momento. Mediante un pretratamiento con bicarbonato sódico y seguidamente con ácido sulfúrico se pueden transformar estas formas en sustancias más reactivas (instrucciones en "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" en "Silica-Digenstion with Sodium Bicarbonate").

Interferencia	de / [mg/L]
Fe	grandes cantidades
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	en todas las cantidades

Validación del método


Límite de detección	0.01 mg/L
Límite de determinación	0.03 mg/L
Límite del rango de medición	1.6 mg/L
Sensibilidad	1.35 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	0.01 mg/L
Desviación estándar	0.004 mg/L
Coefficiente de variación	0.46 %



Derivado de

Método estándar 4500-SiO₂ D

ES



Silicato HR PP

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

Silicomolibdato

ES

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Reactivo para sílice HR VARIO, juego F10	1 Set	535700

Preparación

1. La temperatura de la muestra deberá encontrarse entre 15 °C y 25 °C.

Notas

1. El método realiza la medición en el flanco de la curva de absorción de la coloración resultante. Por consiguiente, en los fotómetros de filtro, el usuario puede mejorar la precisión del método, si es necesario, utilizando un silicato estándar (aprox. 70 mg/L SiO₂).

Ejecución de la determinación Dióxido de silicio HR con sobres de polvos Vario


Seleccionar el método en el aparato.




Llenar la cubeta de 24 mm con **10 mL de muestra** .




Cerrar la(s) cubeta(s).




Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.




Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Añadir un **sobre de polvos Vario Silica HR Molybdate F10** .




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver los polvos girando.




ES




Añadir un **sobre de polvos Vario Silica HR Acid Rgt. F10** .




Cerrar la(s) cubeta(s).




Mezclar el contenido girando.




Pulsar la tecla **ENTER**.




Esperar **10 minutos como periodo de reacción**.




Añadir un **sobre de polvos Vario Silica Citric Acid F10**





Cerrar la(s) cubeta(s).



Disolver los polvos girando.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**). Esperar **2 minutos como periodo de reacción**.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Silica.

ES



Evaluación

La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros formularios de citas.

Unidad	Conversión	Factor de conversión
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

ES

Método químico

Silicomolibdato

Apéndice

Interferencia

Interferencias extraíbles

- Ocasionalmente, las muestras acuosas contienen formas de ácido silícico que reaccionan muy lentamente con molibdato. La clase exacta de estas formas se desconoce por el momento. Mediante un pretratamiento con bicarbonato sódico y seguidamente con ácido sulfúrico se pueden transformar estas formas en sustancias más reactivas (instrucciones en "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" en "Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate").
- La presencia de dióxido de silicio o fosfato producirá un color amarillo. El color amarillo producido por el fosfato se eliminará añadiendo el sobre de polvos Silica Citric Acid F10.

Interferencia	de / [mg/L]	Influencia
Fe	grandes cantidades	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	La perturbación es del aproximadamente -2 %
PO ₄ ³⁻	75	La perturbación es del aproximadamente -11 %
S ²⁻	en todas las cantidades	

Validación del método


Límite de detección	0.38 mg/L
Límite de determinación	1.14 mg/L
Límite del rango de medición	100 mg/L
Sensibilidad	120 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	1.69 mg/L
Desviación estándar	0.70 mg/L
Coefficiente de variación	1.38 %

Derivado de

Método estándar 4500-SiO₂ C

ES

KS4.3 T / 20



Nom de la méthode → KS4.3 T

Numéro de méthode → 20

Code à barres pour reconnaître la méthode → [Barcode]

Plage de mesure → 0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

Méthode chimique → Acide / Indicateur

Affichage dans le MD 100 / MD 110 / MD 200 → S:4.3

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Titre	Pack contenant	Code
Alka-M-Photometer	Pastilles / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastilles / 250	513211BT

Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Traitement de l'eau potable
- Traitement de l'eau brute

Indication

1. Les termes Alcalinité-m, Valeur m, Alcalinité totale et Capacité acide $K_{S4.3}$ sont identiques.
2. L'observation exacte du volume d'échantillon de 10 ml est décisive pour l'exactitude du résultat de l'analyse.

Codes de langue ISO 639-1 → FR

État de révision → 01/20


FR Méthodes Manuel 01/20

Procédure du test


Réalisation de la quantification Capacité acide $K_{s4.3}$ avec pastille

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.



Cette méthode ne nécessite aucune mesure du zéro sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500

Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 ml d'échantillon**.


Fermez la(les) cuvette(s).

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

• • •

Ajoutez une **pastille de ALKA-M-PHOTOMETER**.

Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.



Fermez la(les) cuvette(s).



Silicate T

M350

0.05 - 4 mg/L SiO₂

Si

Bleu de silico-molybdénum

FR

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
Silice N° 1	Pastilles / 100	513130BT
Silice N° 1	Pastilles / 250	513131BT
Silice N° 2	Pastilles / 100	513140BT
Silice N° 2	Pastilles / 250	513141BT
Silice PR	Pastilles / 100	513150BT
Silice PR	Pastilles / 250	513151BT
Kit silice N° 1/N° 2 ^a	100 chacun	517671BT
Kit silice N° 1/N° 2 ^a	250 chacun	517672BT

Indication

1. Respectez obligatoirement l'ordre d'apport de la pastille indiqué.

Réalisation de la quantification Dioxyde de silicium avec pastille

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Ajoutez une **pastille de SILICA No. 1**.




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Fermez la(les) cuvette(s).




FR




Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.




Appuyez sur la touche **ENTER**.




Attendez la fin du **temps de réaction de 5 minute(s)**.




Ajoutez une **pastille de SILICA PR**.




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Ajoutez une **pastille de SILICA No. 2**.




Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Fermez la(les) cuvette(s).




Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).



Attendez la fin du **temps de réaction de 2 minute(s)**.

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L Dioxyde de silicium.



Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

FR

Méthode chimique

Bleu de silico-molybdénum

Appendice

Interférences

Interférences exclus

- Dans les conditions de réaction indiquées, les phosphates n'ont pas d'effet perturbateur.

Dérivé de

Standard Method 4500-SiO₂ C

^D# agitateur inclus

**Silicate LR PP****M351****0.1 - 1.6 mg/L SiO₂****SiLr****Bleu hétéropoly**

FR

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):


Réactifs	Pack contenant	Code
VARIO silice LR, kit F10	1 Kit	535690

Indication

1. Le temps de réaction de 4 minutes se rapporte à une température de l'échantillon égale à 20 °C. À une température de 30 °C, respectez un temps de réaction de 2 minutes et à une température de 10 °C, un temps de réaction de 8 minutes.

Réalisation de la quantification Dioxyde de silicium LR avec sachet de poudre Vario et réactif liquide


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Préparez deux cuvettes propres de 24 mm. L'une des deux cuvettes sera la cuvette du blanc. Étiquetez-la.




Dans chaque cuvette, versez **10 mL** d'échantillon.




Dans chaque cuvette, versez **15 gouttes de solution Vario Molybdate 3 Reagenz-**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.




Appuyez sur la touche **ENTER**.



Attendez la fin du **temps de réaction de 4 minute(s)**.




Dans chaque cuvette, versez **un sachet de poudre Vario Silica Citric Acid F10**.




Fermez la(les) cuvette(s).




FR




Dissolvez la poudre en mettant plusieurs fois le tube à l'envers puis à l'endroit.




Appuyez sur la touche **ENTER**.




Attendez la fin du **temps de réaction de 1 minute(s)**.




Placez la **cuvette du blanc** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Ajoutez à la cuvette de l'échantillon un **sachet de poudre Vario Silica Amino Acid F10**.




Fermez la(les) cuvette(s).



Dissolvez la poudre en mettant plusieurs fois le tube à l'envers puis à l'endroit.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Attendez la fin du **temps de réaction de 2 minute(s)**.


À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.



Retirez la cuvette de la chambre de mesure.




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

FR

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L Dioxyde de silicium.



Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

FR

Méthode chimique

Bleu hétéropoly

Appendice

Interférences

Interférences exclues

1. Les cuvettes doivent être refermées à l'aide du couvercle immédiatement après l'apport de la solution de réactif Vario Molybdate 3 pour empêcher une éventuelle baisse des résultats.
2. Les échantillons d'eau contiennent parfois certaines formes d'acides siliciques qui réagissent très lentement avec le molybdate. Actuellement, le type exact de ces formes n'est pas connu. En procédant à un prétraitement au bicarbonate de sodium puis à l'acide sulfurique, il est possible de les transformer en des formes plus aptes à réagir (description dans « Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater » dans la section « Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate »).

Interférences	de / [mg/L]
Fe	grandes quantités
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	en toutes les quantités


Méthode Validation

Limite de détection	0.01 mg/L
Limite de détermination	0.03 mg/L
Fin de la gamme de mesure	1.6 mg/L
Sensibilité	1.35 mg/L / Abs
Intervalle de confiance	0.01 mg/L
Déviation standard	0.004 mg/L
Coefficient de variation	0.46 %

Dérivé de

Standard Method 4500-SiO₂ D

FR



Silicate HR PP

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

Silico-molybdate

FR

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
VARIO réactif Silice HR, kit F10	1 Kit	535700

Préparation

1. La température de l'échantillon doit être comprise entre 15 °C et 25 °C.

Indication


1. La méthode consiste à mesurer dans le flanc de la courbe d'absorption de la coloration résultante. Sur les photomètres à filtre, la précision de la méthode peut donc être améliorée, si nécessaire, en ajustant à l'aide d'un étalon de silicate (env. 70 mg/L SiO₂).

Réalisation de la quantification Dioxyde de silicium HR avec sachet de poudre Vario


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL** d'échantillon.




Fermez la(les) cuvette(s).




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.



Ajoutez un **sachet de poudre Vario Silica HR Molybdate F10**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Dissolvez la poudre en mettant plusieurs fois le tube à l'envers puis à l'endroit.




FR




Ajoutez un **sachet de poudre Vario Silica HR Acid Rgt. F10**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.




Appuyez sur la touche **ENTER**.




Attendez la fin du **temps de réaction de 10 minute(s)**.




Ajoutez un **sachet de poudre Vario Silica Citric Acid F10**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Dissolvez la poudre en mettant plusieurs fois le tube à l'envers puis à l'endroit.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche
TEST (XD: **START**).



Attendez la fin du
**temps de réaction de
2 minute(s)** .

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.
Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L Dioxyde de silicium.

FR



Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

FR

Méthode chimique

Silico-molybdate

Appendice

Interférences

Interférences exclues

- Les échantillons d'eau contiennent parfois certaines formes d'acides siliciques qui réagissent très lentement avec le molybdate. Actuellement, le type exact de ces formes n'est pas connu. En procédant à un prétraitement au bicarbonate de sodium puis à l'acide sulfurique, il est possible de les transformer en des formes plus aptes à réagir (description dans « Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater » dans la section « Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate »).
- En présence de dioxyde de silicium ou de phosphate, il se forme une couleur jaune. En ajoutant le sachet de poudre Silica Citric Acid F10, la couleur jaune due au phosphate est éliminée.

Interférences	de / [mg/L]	Influence
Fe	grandes quantités	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	La perturbation est d'env. -2 %
PO ₄ ³⁻	75	La perturbation est d'env. -11 %
S ²⁻	en toutes les quantités	



Méthode Validation


Limite de détection	0.38 mg/L
Limite de détermination	1.14 mg/L
Fin de la gamme de mesure	100 mg/L
Sensibilité	120 mg/L / Abs
Intervalle de confiance	1.69 mg/L
Déviatiion standard	0.70 mg/L
Coefficient de variation	1.38 %

Dérivé de

Standard Method 4500-SiO₂ C

FR

KS4.3 T / 20



Denominazione metodo

Numero metodo

Codice a barre per riconoscere il metodo

Range di misura

$K_{S_{4.3} T}$
0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$

Acido/indicatore

20
S:4.3

Indicazione sul display del MD 100 / MD 110 / MD 200

Metodo chimico

Informazioni specifiche dello strumento

Il test può essere eseguito sui seguenti dispositivi. Inoltre, sono indicate la cuvetta richiesta e il range di assorbimento del fotometro.

Dispositivi	Cuvetta	λ	Campo di misura
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$

Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Titolo	Unità di imballaggio	N. ordine
Alka-M-Photometer	Pastiglia / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastiglia / 250	513211BT

Campo di applicazione

- Trattamento acqua di scarico
- Trattamento acqua potabile
- Trattamento acqua non depurata

Note

1. I termini alcalinità M, valore M, alcalinità totale e capacità acida $K_{S_{4.3}}$ sono equivalenti.
2. Per l'accuratezza del risultato dell'analisi è fondamentale che il volume del campione misuri esattamente 10 ml.

ISO 639-1 codici linguistici

Stato di revisione

IT Manuale dei Metodi 01/20

Svolgimento della misurazione

Esecuzione della rilevazione Capacità acida $K_{s4,3}$ con pastiglia

Selezionare il metodo nel dispositivo.


Con i seguenti dispositivi, per questo metodo non è necessario eseguire una misurazione ZERO: XD 7000, XD 7500



Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 ml di campione**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.


• • •



Aggiungere una **pastiglia ALKA-M-PHOTOMETER**.



Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.



Chiudere la/e cuvetta/e.

**Silicato T****M350****0.05 - 4 mg/L SiO₂****Si****Blu di silicomolibdeno**

IT

Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
Silice No. 1	Pastiglia / 100	513130BT
Silice No. 1	Pastiglia / 250	513131BT
Silice No. 2	Pastiglia / 100	513140BT
Silice No. 2	Pastiglia / 250	513141BT
Silice PR	Pastiglia / 100	513150BT
Silice PR	Pastiglia / 250	513151BT
Set Silice No. 1/no. 2 [#]	ciascuna 100	517671BT
Set Silice No. 1/no. 2 [#]	ciascuna 250	517672BT

Note

1. Attenersi scrupolosamente all'ordine con cui aggiungere le pastiglie.

Esecuzione della rilevazione Biossido di silicio con pastiglia

Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL di campione**.



Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.




Aggiungere **una pastiglia SILICA No. 1**.




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.




Premere il tasto **ENTER**.




Attendere un **tempo di reazione di 5 minuti**.




Aggiungere **una pastiglia SILICA PR.**




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Aggiungere **una pastiglia SILICA No. 2.**




Frantumare la/e pastiglia/e con una leggera rotazione.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Far sciogliere la/e pastiglia/e agitando.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.



Premere il tasto **TEST** (XD: **START**).



Attendere un **tempo di reazione di 2 minuto/i**.

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione. Sul display compare il risultato in mg/L di Silicato.



Valutazione

La seguente tabella identifica i valori di output che possono essere convertiti in altre forme di citazione.

Unità di misura	Forma di citazione	Fattore di conversione
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

IT

Metodo chimico

Blu di silicomolibdeno

Appendice

Interferenze


Interferenze escludibili

- I fosfati non provocano interferenze nelle condizioni di reazione specificate.

Derivato di

Standard Method 4500-SiO₂ C

)#Bacchetta compresa

**Silicato LR PP****M351****0.1 - 1.6 mg/L SiO₂****SiLr****Blu di eteropolo**

IT

Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):


Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
VARIO Silica LR, F10 Set	1 set	535690

Note

1. Il tempo di reazione di 4 minuti specificato si riferisce a campioni con una temperatura di 20 °C. Con una temperatura di 30 °C si deve osservare un tempo di reazione di 2 minuti, con 10 °C di 8 minuti.

Esecuzione della rilevazione Biossido di silicio LR con polvere in bustine Vario e reagente liquido


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Preparare due cuvette pulite da 24 mm. Contrassegnare una cuvetta come cuvetta zero.




Immettere **10 mL di campione** in ogni cuvetta.




Immettere **15 gocce di soluzione Vario Molybdate 3 Reagenz-** in ogni cuvetta.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Miscelare il contenuto capovolgendo.




Premere il tasto **ENTER**.



Attendere un **tempo di reazione di 4 minuti**.




Immettere **una bustina di polvere Vario Silica Citric Acid F10** in ogni cuvetta.




Chiudere la/e cuvetta/e.




IT




Far sciogliere la polvere capovolgendo.




Premere il tasto **ENTER**.




Attendere un **tempo di reazione di 1 minuto/i**.




Posizionare la **cuvetta zero** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Immettere **una bustina di polvere Silica Amino Acid F10** nella cuvetta del campione.




Chiudere la/e cuvetta/e.



Far sciogliere la polvere capovolgendo.




Premere il tasto **ZERO**.



Attendere un **tempo di reazione di 2 minuto/i**.


Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.



Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.



Premere il tasto **TEST** (XD: **START**).

Sul display compare il risultato in mg/L di Silicato.



Valutazione

La seguente tabella identifica i valori di output che possono essere convertiti in altre forme di citazione.

Unità di misura	Forma di citazione	Fattore di conversione
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

IT

Metodo chimico

Blu di eteropolo

Appendice

Interferenze

Interferenze escludibili


1. Le cuvette devono essere rchiuse con il coperchio subito dopo l'aggiunta della soluzione reagente Vario Molybdate 3, altrimenti si otterranno risultati troppo bassi.
2. Talvolta i campioni di acqua contengono forme di acido silicico che reagiscono molto lentamente con il molibdato. Il tipo esatto di tali forme non è attualmente noto. Attraverso un pretrattamento con bicarbonato di sodio e successivamente con acido solforico è possibile trasformarle in forme più reattive (descrizione in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" alla sezione "Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate").

Interferenze	da / [mg/L]
Fe	grandi quantità
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	in tutte le quantità

Validazione metodo

Limite di rilevabilità	0.01 mg/L
Limite di quantificazione	0.03 mg/L
Estremità campo di misura	1.6 mg/L
Sensibilità	1.35 mg/L / Abs
Intervallo di confidenza	0.01 mg/L
Deviazione standard della procedura	0.004 mg/L
Coefficiente di variazione della procedura	0.46 %

Derivato diStandard Method 4500-SiO₂ D


Silicato HR PP
M352
1 - 90 mg/L SiO₂
SiHr
Molibdato di silicio

IT

Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
VARIO Reagente per silice HR, set F10	1 set	535700

Preparazione

1. La temperatura del campione deve essere compresa tra 15 °C e 25 °C.

Note

1. Il metodo effettua la misurazione sul lato della curva di assorbimento della colorazione risultante. Nei fotometri con filtro l'accuratezza del metodo può quindi essere migliorata, se necessario, tramite regolazione con un silicato standard (circa 70 mg/L SiO₂).

Esecuzione della rilevazione Biossido di silicio HR con polvere in bustine Vario


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Riempire una cuvetta da 24 mm con **10 mL di campione**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.




Prelevare la cuvetta dal vano di misurazione.




Aggiungere una bustina di polvere **Vario Silica HR Molybdate F10**.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Far sciogliere la polvere capovolgendo.




Aggiungere **una bustina di polvere Vario Silica HR Acid Rgt. F10.**




Chiudere la/e cuvetta/e.




Miscelare il contenuto capovolgendo.




Premere il tasto **ENTER.**




Attendere un **tempo di reazione di 10 minuto/i .**




Aggiungere **una bustina di polvere Vario Silica Citric Acid F10.**





Chiudere la/e cuvetta/e.



Far sciogliere la polvere capovolgendo.




Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.



Premere il tasto **TEST** (XD: **Attendere un tempo di reazione di 2 minuto/i**).

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.

Sul display compare il risultato in mg/L di Silicato.



Valutazione

La seguente tabella identifica i valori di output che possono essere convertiti in altre forme di citazione.

Unità di misura	Forma di citazione	Fattore di conversione
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

IT

Metodo chimico

Molibdato di silicio

Appendice

Interferenze

Interferenze escludibili

- Talvolta i campioni di acqua contengono forme di acido silicico che reagiscono molto lentamente con il molibdato. Il tipo esatto di tali forme non è attualmente noto. Attraverso un pretrattamento con bicarbonato di sodio e successivamente con acido solforico è possibile trasformarle in forme più reattive (descrizione in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" alla sezione "Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate").
- Se sono presenti biossido di silicio o fosfato si sviluppa una colorazione gialla. Aggiungendo la polvere in bustine Silica Citric Acid F10 si elimina il colore giallo prodotto dal fosfato.


Interferenze	da / [mg/L]	Influenza
Fe	grandi quantità	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	Il disturbo è di circa -2 %
PO ₄ ³⁻	75	Il disturbo è di circa -11 %
S ²⁻	in tutte le quantità	

Validazione metodo

Limite di rilevabilità	0.38 mg/L
Limite di quantificazione	1.14 mg/L
Estremità campo di misura	100 mg/L
Sensibilità	120 mg/L / Abs
Intervallo di confidenza	1.69 mg/L
Deviazione standard della procedura	0.70 mg/L
Coefficiente di variazione della procedura	1.38 %

Derivato diStandard Method 4500-SiO₂ C

KS4.3 T / 20



Nome do método

Número do método

Código de barras para a detecção dos métodos

Área de medição

$K_{S_{4.3}} T$
0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$
Ácido / Indicador

20
S:4.3

Método Químico

Indicado no display: MD 100 / MD 110 / MD 200

Informação específica do instrumento

O teste pode ser realizado nos seguintes dispositivos. Além disso, a cubeta necessária e a faixa de absorção do fotómetro são indicadas.

Dispositivos	Cubeta	λ	Faixa de Medição
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$

Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Título	Unidade de Embalagem	Artigo No
Alka-M-Photometer	Pastilhas / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Pastilhas / 250	513211BT

Lista de Aplicações

- Tratamento de Esgotos
- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Água Bruta

Notas

1. Os termos alcalinidade-m, m-valor, alcalinidade total e capacidade de acidez $K_{S_{4.3}}$ são idênticos.
2. O cumprimento exato do volume da amostra de 10 ml é decisivo para a precisão do resultado de análise.

Códigos de idioma ISO 639-1

Nível de revisão

PT Métodos Manual 01/20

Efetuar a medição


Realização da determinação Capacidade de acidez $K_{s4.3}$ com pastilha

Escolher o método no equipamento.


Para este método não tem de ser efetuada uma medição ZERO nos seguintes equipamentos: XD 7000, XD 7500



Encher a célula de 24 mm com 10 ml de amostra .




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.


• • •



Pastilha ALKA-M-PHOTO-METER.



Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.



Fechar a(s) célula(s).

PT Métodos Manual 01/20

PT

**Silicato T****M350****0.05 - 4 mg/L SiO₂****Si****Silicomolybdenum Blue**

PT

Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Sílica Não. 1	Pastilhas / 100	513130BT
Sílica Não. 1	Pastilhas / 250	513131BT
Sílica Não. 2	Pastilhas / 100	513140BT
Sílica Não. 2	Pastilhas / 250	513141BT
Sílica PR	Pastilhas / 100	513150BT
Sílica PR	Pastilhas / 250	513151BT
Set Sílica No. 1/Não. 2 [#]	cada 100	517671BT
Set Sílica No. 1/Não. 2 [#]	cada 250	517672BT

Notas

1. A sequência da adição de pastilhas tem de ser cumprida.

Realização da determinação Dióxido de silício com pastilha

Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.



Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.




Pastilha SILICA No. 1.




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).




PT




Dissolver a(s) pastilha(s) girando.




Premir a tecla **ENTER**.




Aguardar **5 minuto(s)** de tempo de reação.




Pastilha SILICA PR.




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Pastilha SILICA No. 2.




Esmagar a(s) pastilha(s) rodando ligeiramente.




Fechar a(s) célula(s).




Dissolver a(s) pastilha(s) girando.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).



Aguardar **2 minuto(s) de tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Silicato.



Análises

A tabela a seguir identifica os valores de saída que podem ser convertidos em outras formas de citação.

Unidade	Forma de citação	Fator de conversão
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

PT

Método Químico

Silicomolybdenum Blue

Apêndice

Texto de Interferências


Interferências Removíveis

- Os fosfatos não interferem sob as condições de reação indicadas.

Derivado de

Standard Method 4500-SiO₂ C

*incluindo vareta de agitação

**Silicato LR PP****M351****0.1 - 1.6 mg/L SiO₂****SiLr****Heteropolyblue**

PT

Material

Material necessário (parcialmente opcional):


Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
VARIO Sílica LR, Conjunto F10	1 Conjunto	535690

Notas

1. O tempo de reação indicado de 4 minutos refere-se a uma temperatura de amostra de 20 °C. Para 30 °C deve manter um tempo de reação de 2 minutos, e para 10 °C deve manter um tempo de reação de 8 minutos.

Realização da determinação Dióxido de silício LR com pacote de pó Vario e reagente líquido


Escolher o método no equipamento.




Preparar duas células de 24 mm limpas. Identificar uma célula como célula zero.




Introduzir em cada célula **10 mL de amostra**.




Introduzir em cada célula **15 gotas Vario Molybdate 3 Reagent- de solução**.




Fechar a(s) célula(s).




Misturar o conteúdo girando.




Premir a tecla **ENTER**.



Aguardar **4 minuto(s) de tempo de reação**.




Introduzir em cada célula um pacote de pó **Vario Silica Citric Acid F10**.




Fechar a(s) célula(s).




PT




Dissolver o pó girando.




Premir a tecla **ENTER**.




Aguardar **1 minuto(s)** de tempo de reação.




Colocar a **célula zero** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Adicionar à célula de amostra um **pacote de pó Vario Silica Amino Acid F10**.




Fechar a(s) célula(s).



Dissolver o pó girando.




Premir a tecla **ZERO**.



Aguardar **2 minuto(s)** de tempo de reação.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.



Retirar a célula do compartimento de medição.



Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

No visor aparece o resultado em mg/L Silicato.



Análises

A tabela a seguir identifica os valores de saída que podem ser convertidos em outras formas de citação.

Unidade	Forma de citação	Fator de conversão
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

PT

Método Químico

Heteropolyblue

Apêndice

Texto de Interferências

Interferências Removíveis

1. As células têm de ser fechadas com a tampa logo após a adição da solução de reagente molibdénio 3 Vario, senão podem correr resultados demasiado baixos.
2. As amostras de água podem conter formas de ácido silícico que reagem muito lentamente com molibdénio. O tipo exato destas formas não é conhecido hoje em dia. Através de um pré-tratamento com hidrogenocarbonato de sódio e depois com ácido sulfúrico, estas podem ser convertidas em formas com capacidade de resposta (descrição em "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" em "Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate").

Interferências	a partir de / [mg/L]
Fe	grandes quantidades
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	em todas as quantidades

Validação de método


Limite de Detecção	0.01 mg/L
Limite de Determinação	0.03 mg/L
Fim da Faixa de Medição	1.6 mg/L
Sensibilidade	1.35 mg/L / Abs
Faixa de Confiança	0.01 mg/L
Desvio Padrão	0.004 mg/L
Coeficiente de Variação	0.46 %



Derivado de

Standard Method 4500-SiO₂ D

PT



Silicato HR PP

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

Silicomolybdate

PT

Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
VARIO Sílica HR Reagente, Conjunto F10	1 Conjunto	535700

Preparação

1. A temperatura da amostra deve situar-se entre 15 °C e 25 °C.

Notas

1. O método mede no flanco da curva de absorção da coloração resultante. Para fotómetros de filtro, a precisão do método pode, portanto, ser melhorada, se necessário, pelo ajuste do utilizador com um padrão de silicato (aprox. 70 mg/L SiO₂).




Realização da determinação Dióxido de silício HR com pacote de pó Vario


Escolher o método no equipamento.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra** .




Fechar a(s) célula(s).




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.




Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a célula do compartimento de medição.



Adicionar um **pacote de pó Vario Silica HR Molybdate F10** .




Fechar a(s) célula(s).




Dissolver o pó girando.




PT




Adicionar um **pacote de pó Vario Silica HR Acid Rgt. F10**.




Fechar a(s) célula(s).




Misturar o conteúdo girando.




Premir a tecla **ENTER**.




Aguardar **10 minuto(s) de tempo de reação**.




Adicionar um **pacote de pó Vario Silica Citric Acid F10**.





Fechar a(s) célula(s).



Dissolver o pó girando.




Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **TEST** (XD: **START**). Aguardar **2 minuto(s) de tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Silicato.



Análises

A tabela a seguir identifica os valores de saída que podem ser convertidos em outras formas de citação.

Unidade	Forma de citação	Fator de conversão
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

PT

Método Químico

Silicomolybdate

Apêndice

Texto de Interferências

Interferências Removíveis

- As amostras de água podem conter formas de ácido silícico que reagem muito lentamente com molibdênio. O tipo exato destas formas não é conhecido hoje em dia. Através de um pré-tratamento com hidrogenocarbonato de sódio e depois com ácido sulfúrico, estas podem ser convertidas em formas com capacidade de resposta (descrição em "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" em "Silica-Digenstion with Sodium Bicarbonate").
- Na presença de dióxido de silício ou de fosfato, forma-se uma cor amarela. A adição do pacote de pó Silica Citric Acid F10 permite eliminar a cor amarela que se formou com o fosfato.


Interferências	a partir de / [mg/L]	Influência
Fe	grandes quantidades	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	A perturbação é de cerca de -2 %
PO ₄ ³⁻	75	A perturbação é de cerca de -11 %
S ²⁻	em todas as quantidades	

Validação de método

Limite de Detecção	0.38 mg/L
Limite de Determinação	1.14 mg/L
Fim da Faixa de Medição	100 mg/L
Sensibilidade	120 mg/L / Abs
Faixa de Confiança	1.69 mg/L
Desvio Padrão	0.70 mg/L
Coefficiente de Variação	1.38 %

Derivado deStandard Method 4500-SiO₂ C

KS4.3 T / 20



Naam van de methode

Nummer methode

Streepjescode ter identificatie van de methode

Meetbereik

$K_{S_{4.3}} T$ M20
0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$ S:4.3
Zuur / Indicator

Chemische methode

Uitlezing in MD
100 MD 110 / MD
200

Instrument specifieke informatie

De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen	Cuvet	λ	Meetbereik
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	\varnothing 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	\varnothing 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S_{4.3}}$

Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Titel	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Alka-M-Photometer	Tablet / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	Tablet / 250	513211BT

Toepassingsbereik

- Afvalwaterzuivering
- Behandeling drinkwater
- Zuivering vervuild water

Aantekeningen

1. De termen alkaliteit-m, m-waarde, totale alkaliteit en zuurcapaciteit_{S_{4.3}} zijn identiek.
2. De exacte naleving van het monstervolume van 10 ml is bepalend voor de nauwkeurigheid van het analysesresultaat.

Beknopte naam conform de norm ISO 639-1

Herziene versie

NL Handboek van Methoden 01/20

Uitvoering van de meting


Uitvoering van de bepaling Zuurcapaciteit $K_{s4,3}$ met tablet

De methode in het apparaat selecteren.


Voor deze methode moet bij de volgende apparaten geen nulmeting worden uitgevoerd:
XD 7000, XD 7500



Spoelbakje van 24 mm met **10 ml staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staal spoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

• • •



Tabletten oplossen door om te draaien



Het **staal spoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.



De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.

De display toont het resultaat als Zuurcapaciteit $K_{s4,3}$.



Silicaat T

M350

0.05 - 4 mg/L SiO₂

Si

Siliciummolybdeenblauw

NL

Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Silica Nr. 1	Tablet / 100	513130BT
Silica Nr. 1	Tablet / 250	513131BT
Silica Nr. 2	Tablet / 100	513140BT
Silica Nr. 2	Tablet / 250	513141BT
Silica PR	Tablet / 100	513150BT
Silica PR	Tablet / 250	513151BT
Set silica nr. 1/Nr. 2 [#]	per 100	517671BT
Set silica nr. 1/Nr. 2 [#]	per 250	517672BT

Aantekeningen


1. De volgorde waarin de tabletten worden toegevoegd, moet strikt in acht worden genomen.

Uitvoering van de bepaling Siliciumdioxide met tablet


De methode in het apparaat selecteren.




Spoelbakje van 24 mm met 10 mL staal vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staal**spoelbakje in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.



Een **SILICA Nr. 1** tablet toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




De spoelbakjes afsluiten.




NL




Tabletten oplossen door om te draaien




De toets **ENTER** indrukken.




De reactietijd van **5 minuten** afwachten.




Een **SILICA PR** tablet toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




Een **SILICA Nr. 2** tablet toevoegen.




De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.




De spoelbakjes afsluiten.




Tabletten oplossen door om te draaien



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.



De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.



De reactietijd van **2 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Siliciumdioxide.



Evaluatie

De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar andere citatievormen.

Eenheid	Dagvaardingsformulier	Omrekeningsfactor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

NL

Chemische methode

Siliciummolybdeenblauw

Aanhangsel

Verstoringen

Uit te sluiten verstoringen

- Onder de gegeven reactieomstandigheden storen fosfaten niet.

Afgeleid van

Standaardmethode 4500-SiO₂ C

* met inbegrip van de mengstaaf



Silicaat LR PP

M351

0.1 - 1.6 mg/L SiO₂

SiLr

Heteropolyblauw

NL

Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):


Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
VARIO silica LR, F10 set	1 Zin	535690

Aantekeningen

- De aangegeven reactietijd van 4 minuten is van toepassing op een bemonsteringstemperatuur van 20 °C. Een reactietijd van 2 minuten gedurende 30 °C en 8 minuten gedurende 10 °C moet in acht worden genomen.

Uitvoering van de bepaling Siliciumdioxide LR met Vario-poederpakje en vloeibaar reagens


De methode in het apparaat selecteren.




Twee propere spoelbakjes van 24 mm klaarzetten. Een als nulspoelbakje kenmerken.




In elk spoelbakje **10 mL** staal doen.




In elk spoelbakje **15 druppels Vario molybdaat 3 reagens oplossing** doen.




De spoelbakjes afsluiten.




De inhoud mengen door om te draaien.




De toets **ENTER** indrukken.



De reactietijd van **4 minuten** afwachten.




In elk spoelbakje een **Vario Silica citroenzuur F10 poederpakje** doen.




De spoelbakjes afsluiten.




NL




Het poeder oplossen door om te draaien.




De toets **ENTER** indrukken.




De reactietijd van 1 minuten afwachten.




Het **nulspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.




Een **Vario Silica Amino Acid F10-poederpakje** aan het staalspoelbakje toevoegen.




De spoelbakjes afsluiten.



Het poeder oplossen door om te draaien.




De toets **NUL** indrukken.



De reactietijd van 2 minuten afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.



Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.



De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.

De display toont het resultaat in mg/L Siliciumdioxide.

NL



Evaluatie

De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar andere citatievormen.

Eenheid	Dagvaardingsformulier	Omrekeningsfactor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

NL

Chemische methode

Heteropolyblauw

Aanhangsel

Verstoringen

Uit te sluiten verstoringen

1. De spoelbakjes moeten onmiddellijk na toevoeging van de reagensoplossing Vario Molybdate 3 met het deksel worden gesloten, anders kunnen de resultaten verminderen.
2. Af en toe bevatten watermonsters vormen van siliciumdioxide die zeer langzaam reageren met molybdaat. De precieze aard van deze vormen is momenteel onbekend. Door voorbehandeling met natriumwaterstofcarbonaat en vervolgens met zwavelzuur kunnen deze worden omgezet in vormen met een hoge reactiviteit (beschrijving in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" onder "Silica-Digestion with Sodium Bicarbonate").

Verstoringen	verstoort vanaf
Fe	grote aantallen
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	in alle hoeveelheden

Validatie van de methodes

Aantoonbaarheidsgrens	0.01 mg/L
Bepaalbaarheidsgrens	0.03 mg/L
Einde meetbereik	1.6 mg/L
Gevoeligheid	1.35 mg/L / Abs
Betrouwbaarheidsgrenzen	0.01 mg/L
Standaardafwijking procedure	0.004 mg/L
Variatiecoëfficiënt procedure	0.46 %

Afgeleid van

Standaardmethode 4500-SiO₂ D



Silicaat HR PP

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

Silicomolybdaat

NL

Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
VARIO Silica HR Reagens, set F10	1 Zin	535700

Vorbereiding

1. De bemonsteringstemperatuur moet tussen 15 en 25 °C liggen.

Aantekeningen

1. De methode meet de resulterende kleuring in de flank van de absorptiecurve. Voor filterfotometers kan de nauwkeurigheid van de methode daarom met behulp van een silicaatstandaard (ca. 70 mg/L SiO₂), indien nodig, worden verbeterd door de gebruikersaanpassing.

Uitvoering van de bepaling Siliciumdioxide HR met Vario-poederpakje


De methode in het apparaat selecteren.




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letteren.




De toets **NUL** indrukken.




Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.




Een **Vario Silica HR molybdaat F10 poederpakje** toevoegen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het poeder oplossen door om te draaien.




NL




Een **Vario Silica HR zuur Rgt. F10 poederpakje** toevoegen.




De spoelbakjes afsluiten.




De inhoud mengen door om te draaien.




De toets **ENTER** indrukken.




De reactietijd van **10 minuten** afwachten.




Een **Vario Silica citroenzuur F10 poederpakje** toevoegen.




De spoelbakjes afsluiten.




Het poeder oplossen door om te draaien.



Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letteren.



De toets **TEST** (XD:
START) indrukken.




**De reactietijd van
2 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Siliciumdioxide.

NL



Evaluatie

De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar andere citatievormen.

Einheid	Dagvaardingsformulier	Omrekeningsfactor
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

NL

Chemische methode

Silicomolybdaat

Aanhangsel

Verstoringen

Uit te sluiten verstoringen

- Af en toe bevatten watermonsters vormen van siliciumdioxide die zeer langzaam reageren met molybdaat. De precieze aard van deze vormen is momenteel onbekend. Door voorbehandeling met natriumwaterstofcarbonaat en vervolgens met zwavelzuur kunnen deze worden omgezet in vormen met een hoge reactiviteit (beschrijving in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" onder "Silica-Digenstion with Sodium Bicarbonate").
- Als er siliciumdioxide of fosfaat aanwezig is, ontstaat er een gele kleur. Door de toevoeging van de Silica Citroenzuur F10 poederverpakking wordt de gele kleur veroorzaakt door fosfaat geëlimineerd.

Verstoringen	verstoort vanaf	Invloed
Fe	grote aantallen	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	De verstoring is ongeveer -2%
PO ₄ ³⁻	75	De verstoring is ongeveer -11 %
S ²⁻	in alle hoeveelheden	


Validatie van de methodes

Aantoonbaarheidsgrens	0.38 mg/L
Bepaalbaarheidsgrens	1.14 mg/L
Einde meetbereik	100 mg/L
Gevoeligheid	120 mg/L / Abs
Betrouwbaarheidsgrenzen	1.69 mg/L
Standaardafwijking procedure	0.70 mg/L
Variatiecoefficient procedure	1.38 %

Afgeleid van

Standaardmethode 4500-SiO₂ C

NL

KS4.3 T / 20


方法名称

方法号

用于方法检测的条形码

测量范围

酸性 / 指示剂

化学方法

仪器的具體信息

測試可以在以下設備上執行。此外還指出了所需的比色杯和光度計的吸收範圍。

儀器類型	比色皿	λ	測量範圍
MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	\varnothing 24 mm	610 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	\varnothing 24 mm	615 nm	0.1 - 4 mmol/l $K_{S4.3}$

材料

所需材料 (部分可選) :

標題	包裝單位	貨號
Alka-M-Photometer	片劑 / 100	513210BT
Alka-M-Photometer	片劑 / 250	513211BT

應用列表

- 污水處理
- 飲用水處理
- 原水處理

備註

1. 術語總度-m、m-值、總碱度和酸容量 $K_{S4.3}$ 是相同的。
2. 準確地遵守 10 ml 的樣本體積對分析結果的準確度至關重要。

語言代碼ISO 639-1

修訂狀態



CN 方法手冊 01/20

开始测量



进行测定 $K_{s4.3}$ 片剂酸容量

选择设备中的方法。


对于这种方法，在以下设备上不能进行 ZERO 测量：XD 7000, XD 7500

用 10 ml 样本填充 24 mm 比密封比色杯。
色杯。将样本比色杯放入测量轴
中。注意定位。

• • •

加入 ALKA-M-PHOTOME-
TER 片剂。

用轻微的扭转压碎片剂。



密封比色杯。

CN 方法手册 01/20

ZH



T 硅酸盐

M350

0.05 - 4 mg/L SiO₂

Si

硅钼蓝

材料

所需材料 (部分可选) :

ZH

试剂	包装单位	货号
二氧化硅 No.1	片剂 / 100	513130BT
二氧化硅 No.1	片剂 / 250	513131BT
二氧化硅 No.2	片剂 / 100	513140BT
二氧化硅 No.2	片剂 / 250	513141BT
二氧化硅 PR	片剂 / 100	513150BT
二氧化硅 PR	片剂 / 250	513151BT
套件二氧化硅 No.1/No.2 [#]	各100次	517671BT
套件二氧化硅 No.1/No.2 [#]	各250次	517672BT

备注



1. 必须严格遵守添加片剂的顺序。

进行测定 二氧化硅片剂


选择设备中的方法。




用 10 mL 样本填充 24 mm 比色杯。
密封比色杯。




将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。




按下 ZERO 按钮。




从测量轴上取下比色杯。




加入 SILICA No. 1 片剂。




用轻微的扭转压碎片剂。




密封比色杯。



通过旋转溶解片剂。



按下 ENTER 按钮。





等待 5 分钟反应时间。



ZH




ZH

加入 **SILICA PR** 片剂。


用轻微的扭转压碎片剂。

加入 **SILICA No. 2** 片剂。


用轻微的扭转压碎片剂。





密封比色杯。



通过旋转溶解片剂。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

按下 **TEST (XD: START)** 按钮。等待 **2 min** 反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg/l 硅酸盐。

分析

下表中输出数据也可转换为其他格式表示.

单位	参考表格	因素
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

ZH

化学方法

硅钼蓝

附录

干扰说明


可消除干扰

- 在给定的反应条件下，磷酸盐不会产生干扰。

源于

标准方法 4500-SiO₂ C

* i含搅拌棒, 10cm



LR PP 硅酸盐

M351

0.1 - 1.6 mg/L SiO₂

SiLr

杂多酸

材料

所需材料 (部分可选) :

ZH


试剂	包装单位	货号
VARIO 二氧化硅 LR, F10 套件	1 组	535690

备注


- 4 分钟的规定反应时间针对样本温度为 20 °C 的样本。对于样本温度为 30 °C 的样本, 必须保持 2 分钟的反应时间; 对于样本温度为 10 °C 的样本, 必须保持 8 分钟的反应时间。

进行测定 LR 二氧化硅 Vario 粉包和液剂


选择设备中的方法。




准备两个干净的 24 mm 比色杯。将一个比色杯标记为空白比色杯。




在每个比色杯中加入 10 mL 样本。




在每个比色杯中加入 15 滴 Vario Molybdate 3 Reagenz- 溶液。




密封比色杯。




通过旋转混合内容物。




按下 ENTER 按钮。




等待 4 分钟反应时间。




在每个比色杯中加入一个 Vario Silica Citric Acid F10 粉包。






密封比色杯。





ZH




通过旋转溶解粉末。

按下 **ENTER** 按钮。等待 **1 分钟** 反应时间。



将空白比色杯放入测量轴中。注意定位。

将一个 **Vario Silica Amino Acid F10** 粉包 加入到样本比色杯中。


密封比色杯。




通过旋转溶解粉末。

按下 **ZERO** 按钮。等待 **2 分钟** 反应时间。


反应时间结束后，自动进行测量。



从测量轴上取下比色杯。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。



按下 **TEST (XD: START)** 按钮。

结果在显示屏上显示为 mg / l 硅酸盐。

ZH



分析

下表中输出数据也可转换为其他格式表示。

单位	参考表格	因素
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

ZH

化学方法

杂多酸

附录

干扰说明

可消除干扰

1. 加入 Vario 钼酸盐 3 试剂溶液后，必须立即用比色杯杯盖密封比色杯，因为这可能会导致较低的结果。
2. 偶尔水样含有与钼酸盐反应非常缓慢的硅酸形式。这些形式的确切性质目前是未知的。通过用碳酸氢钠，然后用硫酸预处理，可以将它们转化成反应性形式（参见“水和废水检测的标准方法”中“用碳酸氢钠进行二氧化硅分离”的描述）。

干扰	從/ [mg/l]
Fe	大量
PO ₄ ³⁻	50
S ²⁻	所有的量

方法验证

检出限	0.01 mg/L
测定下限	0.03 mg/L
测量上限	1.6 mg/L
灵敏度	1.35 mg/L / Abs
置信范围	0.01 mg/L
标准偏差	0.004 mg/L
变异系数	0.46 %

源于

标准方法 4500-SiO₂ D



HR PP 硅酸盐

M352

1 - 90 mg/L SiO₂

SiHr

硅钼

材料

所需材料 (部分可选) :

ZH

试剂	包装单位	货号
VARIO 二氧化硅 HR 试剂, 套件 F10	1 组	535700

准备

1. 样本温度必须在 15 °C 至 25 °C 之间。

备注


1. 该方法根据所得着色液的吸收曲线的吸收边进行测量。对于滤色光度计, 如果需要, 可以使用硅酸盐标准液 (约 70 mg/L SiO₂) 通过用户调节来改善该方法的精度。

进行测定 HR 二氧化硅 Vario 粉包


选择设备中的方法。




用 **10 mL** 样本填充 24 mm 比色杯。




密封比色杯。




将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。




按下 **ZERO** 按钮。




从测量轴上取下比色杯。



加入 **Vario Silica HR Molybdate F10** 粉包。



密封比色杯。




通过旋转溶解粉末。


ZH




ZH




加入 **Vario Silica HR Acid Rgt. F10** 粉包。




密封比色杯。




通过旋转混合内容物。




按下 **ENTER** 按钮。




等待 **10 min** 反应时间。




加入 **Vario Silica Citric Acid F10** 粉包。





密封比色杯。



通过旋转溶解粉末。



将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。



按下 **TEST** (XD: **START**) 按钮。等待 **2 分钟** 反应时间。

反应时间结束后，自动进行测量。

结果在显示屏上显示为 mg / l 硅酸盐。



分析

下表中输出数据也可转换为其他格式表示。

单位	参考表格	因素
mg/l	SiO ₂	1
mg/l	Si	0.47

ZH

化学方法

硅钼

附录

干扰说明

可消除干扰

- 偶尔水样含有与钼酸盐反应非常缓慢的硅酸形式。这些形式的确切性质目前是未知的。通过用碳酸氢钠，然后用硫酸预处理，可以将它们转化成反应性形式（参见“水和废水检测的标准方法”中“用碳酸氢钠进行二氧化硅分离”的描述）。
- 如果存在二氧化硅或磷酸盐，则会出现黄色。
添加二氧化硅柠檬酸 F10 粉包可去除磷酸盐引起的黄色。

干扰	浓度 [mg/l]	影响
Fe	大量	
PO ₄ ³⁻	50	
PO ₄ ³⁻	60	干扰约为 -2 %
PO ₄ ³⁻	75	干扰约为 -11 %
S ²⁻	所有的量	

方法验证

检出限	0.38 mg/L
测定下限	1.14 mg/L
测量上限	100 mg/L
灵敏度	120 mg/L / Abs
置信范围	1.69 mg/L
标准偏差	0.70 mg/L
变异系数	1.38 %



源于
标准方法 4500-SiO₂ C

ZH

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiai – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA



Technical changes without notice
Printed in Germany 11/24

No.: 00386458

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of
the Tintometer Group of Companies

