



Cyanure 50 L

M156

0.005 - 0.2 mg/L CN⁻

Pyridine acide barbiturique

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

| Appareils | Cuvette | λ | Gamme de mesure |
|---------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| SpectroDirect, XD 7000, XD 7500 | □ 50 mm | 585 nm | 0.005 - 0.2 mg/L CN ⁻ |

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

| Réactifs | Pack contenant | Code |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Test à réactifs cyanure 585 nm | 1 Pièces | 2418874 |

Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Traitement de l'eau brute
- Galvanisation

Indication

1. Seuls le cyanure libre et les cyanures destructibles au chlore sont détectés.
2. Conservez les réactifs dans un récipient fermé, à une température de +15 °C à +25 °C.







Réalisation de la quantification Cyanure avec test à réactif

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.


Pour cette méthode, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure ZERO à chaque fois sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500




Remplissez une **cuvette de 50 mm** en y versant l'échantillon.




Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.



Retirez la **cuvette** de la chambre de mesure.




Videz la cuvette.




Séchez correctement la cuvette.


Sur les appareils ne nécessitant **aucune mesure ZÉRO**, commencez ici.



Dans le tube pour échantillon, versez **2 mL d'échantillon et 8 mL d'eau déminéralisée**.




Ajoutez **2 cuillères de mesure rases de No. 4 (blanc) Cyanide-11**.




Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.




Ajoutez **2 cuillers de mesure rases de No. 4 (blanc) Cyanide-12.**




Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'endroit.




Tenez les flacons compte-goutte à la verticale et ajoutez des gouttes uniformes en appuyant lentement.




Ajoutez **3 gouttes de Cyanide-13.**




Remplissez une **cuvette de 50 mm** en y versant l'échantillon.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST (XD: START).**



Attendez la fin du **temps de réaction de 10 minute(s)**.

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L cyanure.



Méthode chimique

Pyridine acide barbiturique

Appendice

Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

| | □ 50 mm |
|---|--------------------------|
| a | $-1.81456 \cdot 10^{+0}$ |
| b | $1.76113 \cdot 10^{+2}$ |
| c | $5.62322 \cdot 10^{+0}$ |
| d | |
| e | |
| f | |

Interférences

Interférences exclues

- Le thiocyanate, les complexes de métaux lourds, le sulfure, les colorants ou les amines aromatiques perturbent la quantification. En présence d'un constituant perturbateur, le cyanure devra être séparé par distillation avant de procéder à la quantification.

Dérivé de

DIN 38405-D13