



Cyanure L

M157

0.01 - 0.5 mg/L CN⁻

Pyridine acide barbiturique

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 24 mm	580 nm	0.01 - 0.5 mg/L CN ⁻
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	585 nm	0.01 - 0.5 mg/L CN ⁻

Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
Test à réactifs cyanure 585 nm	1 Pièces	2418874

Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Traitement de l'eau brute
- Galvanisation

Indication

1. Seuls le cyanure libre et les cyanures destructibles au chlore sont détectés.
2. Conservez les réactifs dans un récipient fermé, à une température de +15 °C à +25 °C.






Réalisation de la quantification Cyanure avec test à réactif

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.

Pour cette méthode, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure ZERO à chaque fois sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500




Versez **2 mL d'échantillon** et **8 mL d'eau déminéralisée** dans la cuvette d'échantillonnage.




Fermez la(les) cuvette(s).



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Appuyez sur la touche **ZERO**.




Retirez la cuvette de la chambre de mesure.


Sur les appareils ne nécessitant **aucune mesure ZÉRO**, commencez ici.



Ajoutez **2 cuillers de mesure rases de No. 4 (blanc) Cyanide-11**.




Fermez la(les) cuvette(s).




Mélangez le contenu en agitant.




Ajoutez **2 cuillers de mesure rases de No. 4 (blanc) Cyanide-12.**




Fermez la(les) cuvette(s).




Mélangez le contenu en agitant.




Tenez les flacons compte-goutte à la verticale et ajoutez des gouttes uniformes en appuyant lentement.




Ajoutez **3 gouttes de Cyanide -13.**




Fermez la(les) cuvette(s).




Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'en-droit.



Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).



Attendez la fin du **temps de réaction de 10 minute(s)** .

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L cyanure.

Méthode chimique

Pyridine acide barbiturique

Appendice

Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers

Conc. = $a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$

	∅ 24 mm	□ 10 mm
a	$-6.23212 \cdot 10^{-3}$	$-6.23212 \cdot 10^{-3}$
b	$4.2154 \cdot 10^{-1}$	$9.06311 \cdot 10^{-1}$
c	$6.94008 \cdot 10^{-3}$	$3.20805 \cdot 10^{-2}$
d		
e		
f		

Interférences

Interférences exclues

- Le thiocyanate, les complexes de métaux lourds, le sulfure, les colorants ou les amines aromatiques perturbent la quantification. En présence d'un constituant perturbateur, le cyanure devra être séparé par distillation avant de procéder à la quantification.

Dérivé de

DIN 38405-D13