

E Fotómetro Amonio

● Modo de uso



Encender el aparato mediante la tecla ON /OFF.

A1

En la pantalla aparece:



Elegir el análisis deseado mediante la tecla MODE:
A1 → A2 → A1 → (Scroll)

METODO

En la pantalla aparece:

Llenar una cubeta limpia con la prueba acuosa hasta la marca de 10 ml con la prueba acuosa, cerrándola a continuación con su tapa. Colocar la cubeta en el compartimento de medición de tal forma, que la marca ∇ de la cubeta concuerde con la marca Δ de la carcasa del aparato.



Presionar la tecla ZERO / TEST



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.

0.0.0

En la pantalla aparece:

Una vez realizada la calibración a cero, sacar la cubeta del compartimento de medición.

Mediante la adición de la(s) tableta(s) reactiva(s) se producirá el color característico.

Cerrar la cubeta y colocarla nuevamente en el compartimento de medición hasta que ambas indicaciones ∇ Δ se superpongan.



Presionar la tecla ZERO / TEST



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.

RESULTADO

En la pantalla aparece el resultado:

Repetición de la medición:

Presionar nuevamente la tecla ZERO / TEST.

Nueva calibración a cero:

Presionar la tecla MODE, hasta que aparezca en la pantalla el símbolo de medición deseado.

● Observaciones al usuario

EOI

Absorción de luz excesiva. Motivo, por ejemplo: óptica sucia.

-Err

Exceso en el campo de medición o enturbiamiento excesivo.

-Err

Valor por debajo del límite del campo de medición.

LO BAT

Cambiar inmediatamente la batería de 9 V, imposibilidad de continuar con la medición.

● Datos técnicos

Óptica:

LED: λ = 660 nm

Batería:

Bloque de 9 V (tiempo de vida 600 tests)

Auto-OFF:

Apagado automático del aparato pasados 15 minutos después de la última presión de una tecla.

Condiciones de trabajo:

5-40°C

30 - 90% de humedad relativa (sin condensar)

CE:

DIN EN 55 022, 61 000-4-2, 61 000-4-8,

50 082-2, 50 081-1, DIN V ENV 50 140, 50 204

● Amonio A1 (0,02-1,0 mg/l N)

0.0.0

Realizar la calibración a cero (véase modo de uso).

A la prueba acuosa de 10 ml, se añade una tableta AMMONIA No.1 directamente de su envoltura. Machacarla con una varilla. A continuación, añadir a la misma una tableta AMMONIA No.2 directamente de su envoltura. Machacarla con una varilla limpia. Disolver completamente las tabletas, cerrar la cubeta y colocarla nuevamente en el compartimento de medición hasta que ambas indicaciones ∇ Δ se superpongan.

Esperar 10 minutos³⁾ de tiempo de reacción colórea!



Presionar la tecla ZERO / TEST



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.

RESULTADO

En la pantalla aparece el resultado en mg/l N.
(Nitrógeno amónico)

Tolerancia de medición: ± 0,05 mg/l N

● Amonio A2 (0,2-10,0 mg/l N)

A2

En la pantalla aparece:

Añadir 1 ml de prueba acuosa a una cubeta limpia, llenándola a continuación hasta la marca de 10 ml con agua desionizada. Cerrar la cubeta y colocarla nuevamente en el compartimento de medición hasta que ambas indicaciones ∇ Δ se superpongan.



Presionar la tecla ZERO / TEST



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.

0.0.0

En la pantalla aparece:

En la cubeta así anteriormente preparada, añadir una tableta AMMONIA No.1 directamente de su envoltura y machacarla con una varilla. A continuación, añadir a la misma prueba una tableta AMMONIA No.2 directamente de su envoltura. Machacarla con una varilla limpia. Disolver las tabletas completamente, cerrar la cubeta y colocarla nuevamente en el compartimento de medición hasta que ambas indicaciones ∇ Δ se superpongan.

Esperar 10 minutos³⁾ de tiempo de reacción colórea!



Presionar la tecla ZERO / TEST



El símbolo del método parpadea aproximadamente 3 segundos.

RESULTADO

En la pantalla aparece el resultado en mg/l N.
(Nitrógeno amónico)

Tolerancia de medición: ± 0,5 mg/l N

● Factores de conversión

El valor leído (como N) se puede convertir de la siguiente manera:

$$\text{NH}_3 = \text{N} \times 1,22$$

$$\text{NH}_4 = \text{N} \times 1,29$$

● Observaciones

1. Mantener estrictamente el orden de adición de las tabletas.
2. La tableta AMMONIA No.1 se disolverá totalmente una vez añadida la tableta AMMONIA No.2.
3. La temperatura de la prueba es muy importante para la reacción colórea. Con temperatura inferior a 20°C, se deberá guardar un **tiempo de reacción colórea de 15 minutos**.

● Observaciones sobre los métodos

Tener en cuenta los efectos matrices, prescripciones analíticas y posibilidades de aplicación de los métodos. Las tabletas reactivas deben utilizarse solamente para análisis químicos, y se mantendrán fuera del alcance de los niños.

Pedir en caso de necesidad las hojas de seguridad.

Eliminar correctamente las soluciones reactivas.

● Cómo evitar errores durante los análisis fotométricos

1. Para evitar errores de arrastre se deberán limpiar las cubetas, la tapa y la varilla de mezclar **minuciosamente después de cada medición**. El más mínimo resto de reactivos puede producir errores de medición. Para la limpieza se deberá de utilizar el cepillo especial, que forma parte del volumen de entrega.
2. Las paredes externas de las cubetas deben estar limpias y secas antes de realizar el análisis. Huellas digitales o gotas de agua en las superficies de paso de luz de las cubetas pueden producir errores de medición.
3. La calibración a cero y el análisis deben ser realizados con la misma cubeta, ya que las cubetas muestran cierta tolerancia entre sí.
4. Tanto para la calibración a cero como para el análisis, se debe de colocar la cubeta de tal manera, que la graduación con el triángulo blanco se encuentre dirigida hacia la marca de la carcasa.
5. La calibración a cero y el análisis deben realizarse con la tapa de la cubeta cerrada.
6. La formación de burbujas en las paredes internas de la cubeta producen errores de medición.
En este caso, antes de realizar la determinación tapar la cubeta con su tapa y moverla hasta eliminar las burbujas.
7. Evitar la infiltración de agua en la cámara de medición. La entrada de agua en la carcasa del fotómetro puede destruir las piezas electrónicas y producir daños de corrosión.
8. El ensuciamiento de la óptica (diodo luminoso y fotosensor) en el compartimento de medición, puede producir errores de medición. Las superficies de paso de luz del compartimento de medición se deben examinar con regularidad y, si fuese necesario, se deberán limpiar. Son adecuados para su limpieza paños húmedos y bastoncillos de algodón.
9. Las tabletas reactivas deben ser añadidas a la prueba acuosa directamente de su envoltura sin tocarlas con los dedos.
10. Grandes variaciones de temperatura entre el Fotómetro y la temperatura ambiental pueden producir resultados erróneos, por ejemplo debido a la condensación de agua en la óptica del aparato o en la cubeta.