

Cobre VLR PP**M152****2 - 210 µg/L Cu****Porphyrine Indicator****Información específica del instrumento**

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cuvette	λ	Rango de medición
MD 600, MultiDirect	ø 24 mm	430 nm	2 - 210 µg/L Cu
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	425 nm	2 - 210 µg/L Cu

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Copper VARIO, juego F10	1 Set	535140

Lista de aplicaciones


- Tratamiento de aguas residuales

Notas


1. Para obtener resultados más precisos, debe realizarse una medición en blanco con reactivos.
2. El pH de la muestra debe adaptarse mediante la adición de una solución de hidróxido de sodio o de ácido salpétrico a un rango de 2 a 6 antes de iniciar la medición.

Ejecución de la determinación Cobre VLR con sobres de polvos


Seleccionar el método en el aparato.




Preparar dos cubetas limpias de 24 mm. Identificar una como cubeta en blanco.




Añadir en cada cubeta **10 mL de muestra.**




Añadir un **sobre de polvos CU3 Masking F10** en la cubeta en blanco.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver los polvos girando.




Añadir un **sobre de polvos de CU1 Porphyryn F10** en cada cubeta.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver los polvos girando.




Añadir un **sobre de polvos de CU2 Porphyryn F10** en cada cubeta.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Disolver los polvos girando.




Pulsar la tecla **ENTER**.




Esperar **3 minutos como periodo de reacción**.




Poner la **cubeta en blanco** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!




Pulsar la tecla **ZERO**.



Extraer la cubeta del compartimiento de medición.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST**.

A continuación se visualiza el resultado en $\mu\text{g/L}$ Cobre.

Método químico

Porphyrine Indicator

Función de calibración para fotómetros de terceros

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	∅ 24 mm	□ 10 mm
a	$1.6957 \cdot 10^{+0}$	$1.6957 \cdot 10^{+0}$
b	$1.5650 \cdot 10^{+2}$	$3.3647 \cdot 10^{+2}$
c		
d		
e		
f		

Interferencia

Interferencias persistentes

- Las sustancias complejantes pueden interferir en cualquier concentración.

Interferencia	de / [mg/L]
Al ³⁺	60
Cd ²⁺	10
Ca ²⁺	15000
Cl ⁻	90000
Cr ⁶⁺	110
Co ²⁺	100
F ⁻	30000
Pb ²⁺	3
Mg ²⁺	10000
Mn	140
Mo	11
Ni ²⁺	60
K ⁺	60000
Na ⁺	90000
Zn ²⁺	9
Fe	6
Hg	3

Validación del método

Límite de detección	2.6 µg/L
Límite de determinación	7.9 µg/L
Límite del rango de medición	210 µg/L
Sensibilidad	156 µg/L/Abs
Intervalo de confianza	5.5 µg/L
Desviación estándar	2.3 µg/L
Coefficiente de variación	2.2 %