



CSB HR TT

M132

200 - 15000 mg/L COD^{b)}

Hr

Dichromate / H₂SO₄

Informazioni specifiche dello strumento

Il test può essere eseguito sui seguenti dispositivi. Inoltre, sono indicate la cuvetta richiesta e il range di assorbimento del fotometro.

Dispositivi	Cuvetta	λ	Campo di misura
MD 100, MD 110, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 16 mm	610 nm	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	602 nm	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}

Materiale

Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
COD HR/25	25 pz.	2420722
COD HR/25, senza mercurio	25 pz.	2420712
COD HR/150	150 pz.	2420727

Sono necessari inoltre i seguenti accessori.

Accessori	Unità di imballaggio	N. ordine
Termoreattore RD 125	1 pz.	2418940
Pipetta 200 μ l	1 pz.	365042
Pipetta automatica, 1-5 ml	1 pz.	365032

Campo di applicazione

- Trattamento acqua non depurata
- Trattamento acqua di scarico




Note

1. La cuvetta zero è stabile se conservata al buio. La cuvetta zero e la cuvetta di reazione devono appartenere allo stesso lotto.
2. Le cuvette non devono essere introdotte calde nel vano cuvette. I valori di misura più stabili vengono rilevati se le cuvette vengono lasciate riposare per tutta la notte.
3. Se si desidera una maggiore precisione, per i campioni con un CSB minore di 1 g/L si consiglia di utilizzare il kit di cuvette CSB MR, mentre per campioni con CSB maggiore 0,1 g/L il kit di cuvette CSB LR.




Esecuzione della rilevazione CSB HR con test in cuvetta Vario


Selezionare il metodo nel dispositivo.




Preparare due **cuvette per reagenti**. Contrassegnare una cuvetta come cuvetta zero.




Immettere **0.2 mL di acqua demineralizzata** nella cuvetta zero.




Immettere **0.2 mL di campione** nella cuvetta del campione.




Chiudere la/e cuvetta/e.




Miscelare il contenuto capovolgendo con cautela. **Attenzione: sviluppo di calore!**




Sottoporre a digestione la/e cuvetta/e nel termoreattore preriscaldato per **120 minuti a 150 °C**.




Prelevare la cuvetta dal termoreattore. **(Attenzione: la cuvetta è bollente!)**




Lasciar raffreddare la/e cuvetta/e fino a circa 60 °C.




Miscelare il contenuto capovolgendo.




Lasciare prima raffreddare la cuvetta a temperatura ambiente e successivamente misurare.




Posizionare la **cuvetta zero** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.




Premere il tasto **ZERO**.



Prelevare la **cuvetta** dal vano di misurazione.



Posizionare la **cuvetta del campione** nel vano di misurazione. Fare attenzione al posizionamento.



Premere il tasto **TEST** (XD: **START**).

Sul display compare il risultato in g/L COD di (XD: mg/L COD).



Metodo chimico

Dichromate / H₂SO₄

Appendice

Funzione di calibrazione per fotometri di terze parti

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	Ø 16 mm
a	-3.10235 • 10 ⁻²
b	2.1173 • 10 ⁻⁴
c	1.64139 • 10 ⁻²
d	
e	
f	

Interferenze

Interferenze permanenti

- In casi eccezionali gli ingredienti per i quali la capacità di ossidazione del reagente non è sufficiente possono portare a risultati troppo bassi.

Interferenze escludibili

- Per evitare errori di misurazione dovuti a sostanze in sospensione è importante inserire le cuvette nel vano di misura con cautela, in quanto sul fondo delle cuvette si forma un precipitato imputabile al metodo stesso.
- Prima di eseguire l'analisi è necessario che le pareti esterne delle cuvette siano pulite e asciutte. Eventuali impronte delle dita o gocce d'acqua sulla cuvetta provocano errori di misurazione.
- Nella versione standard, il cloruro interferisce da una concentrazione di 10000 mg/L. Nella versione senza mercurio, il disturbo dipende dalla concentrazione di cloruri e dal COD. Le concentrazioni da 100 mg/L di cloruro possono portare a disturbi significativi qui. Per rimuovere alte concentrazioni di cloruro nei campioni COD, vedere il metodo M130 COD LR TT.

Validazione metodo

Limite di rilevabilità	112.81 mg/L
Limite di quantificazione	338.43 mg/L
Estremità campo di misura	15 g/L
Sensibilità	21,164 mg/L / Abs
Intervallo di confidenza	70.48 mg/L
Deviazione standard della procedura	27.84 mg/L
Coefficiente di variazione della procedura	0.37 %

Conforme

ISO 15705:2002

Secondo

ISO 15705:2002

^bReattore richiesto per COD (150 ° C), TOC (120 ° C) e cromo totale, - fosfato, azoto, (100 ° C)