

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Koliform/E.Coli test kiti

Yes/No test



- Bakteri kirliliğinin vaktinden önce tespit edilmesi
- Basit tek adımlı metot
- Tek testle koliform bakteriler ve E.coli tespiti
- 100 ml numuneler (resmi bildirim)

Ürün No: 56K009701

WHO'nun içme suyu kalitesine ilişkin kılavuz ilkeleri, 100 mL su numunesi başına koliform/E.coli için sıfır koloni oluşturan birim (CFU) içeriğini belirtir.

Koliformlar, tespit edilmelerinin kolay olması nedeniyle su yollarının, depoların ve boruların izlenmesi için ideal indikatör bakterilerdir. Evet/hayır testimiz su kalitesini kontrol etmek için etkili bir yöntemdir. İşte önemli noktalar:

- 1) Test kitlerimizde resmi yönetmeliklere uygun olarak 100 mL numune kullanılır. Bu miktar güvenilir analiz yapılmasını sağlar.
- 2) Testimiz basittir ve sadece bir adım gerektirir. Tek yapmanız gereken numuneyi almak ve kuru reaktifi eklemektir.
- 3) 22 ila 26 saatlik bir inkübasyon süresinden sonra, sonucu 100 mL su başına bakteri sayımı şeklinde alacaksınız. Bu, su kalitesinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
- 4) Tek bir testte koliform ve E. coli tespiti: Koliform durumunda çözeltinin rengi yeşil-maviye döner. E. coli bakterileri UV ışığı altında floresan ile tespit edilir.

Raf ömrü üretimden itibaren 14 aydır.

Sanayi

Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Teslimat Kapsam Metni

- Güvenlik eldivenleri
- UV lambası
- UV lambası pil paketi
- 25 Tiyo çanta
- 25 EC mavi
- Kullanım klavuzu

Başlık	Ürün No
DI10 İnkübatör	56B000701
Koliform paketleri	56B001425
Tiyosülfatlı numune torbası (25 adet)	56B001525
UV lamba	56B001601
Koliform paket seti	56B002125