

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MD 610 CSB ölçüm noktası

Tek bir kaynaktan eksiksiz KOİ laboratuvarı



- ST-CSB küvet testleri, kullanıma hazır
- 1000 mg/L'ye (LR & MR) 10000 mg/L'ye (HR) kadar klorür enterferanslarının engellenmesi
- Klorür enterferansları mevcut değilse cıvasız küvet testleri
- 4 ölçüm aralığı:
 - Düşük aralık: 3 - 150 mg/L, ISO 15705:2002 uyarınca
 - Orta-düşük aralık: 15 - 300 mg/L, ISO 15705:2002 uyarınca
 - Orta aralık: 20 - 1500 mg/L, ISO 15705:2002 uyarınca
 - Yüksek aralık: 200 - 15000 mg/L

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Atık Su Arıtma | Ham Su Arıtma

MD 610 CSB ölçüm noktası

Lovibond® CSB ölçüm noktaları, az çaba ile hassas su incelemeleri yapmaya olanak sağlar. mg/L O₂ cinsinden ST-CSB değeri, fotometrik olarak belirlenir.

Bir Lovibond® COD küvet testine (ISO 15705:2002 uyarınca LR, MR) 2 ml numune eklendikten sonra bu test, reaktörde iki saat süreyle 150 °C'de ısıtılır, soğutulur ve ardından fotometrede ölçülür.

Ölçüm noktaları, bir fotometre, alt iki ölçüm aralığına ait 25'er küvet testi, numunelerin parçalanması için bir reaktör ve bir küvet ayağı içerir.

Ürün No: 214041

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
CSB HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CSB LMR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CSB LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
CSB MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄

Teknik Veri

Auto – OFF	Evet
Taşınabilirlik	Benchtop
Uygunluk	CE

Teslimat Kapsam Metni

- Fotometre
- CSB reaktör RD 125
- CSB küvet testi (0 - 150 mg/l ve 0 - 1500 mg/l)
- Küvet ayağı
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı

Başlık	Ürün No
Yuvarlak küvetler için adaptör 16 mm	19802190
Yuvarlak küvetler için adaptör 13 mm	19802192
MD600/MD610 için sabit fiyatlı servis planı	19802702
MD600/MD610 Servis planı - 3 yıllık	19802802
Termoreaktör RD 125	2418940
Standart çözelti CSB 100 mg/l	2420803
Standart çözelti CSB 500 mg/l	2420804
Standart çözelti CSB 5000 mg/l	2420805
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm	418957
Pipet uçları, 1-5 ml (beyaz) 100 adet	419066
Pipet uçları, 0,1-1 ml (mavi), 1000 adet	419073
Otomatik pipet, 1-5 ml	419076
Otomatik pipet, 0,1-1 ml	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect	999752

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies