

**Флуоресцеин 2Р****М511****10 - 300 ppb****Свечение**

Специфическая информация об инструменте

Тест может быть выполнен на следующих устройствах. Кроме того, указывается требуемая кювета и диапазон поглощения фотометра.

Приборы	Кювета	λ	Диапазон измерений
MD 640		395 nm	10 - 300 ppb

Материал

Необходимый материал (частично необязательный):


Реактивы	Упаковочная единица	Номер заказа
Раствор для повышения концентрации флуоресцеина, 400 ppb	1 Шт.	461230

Область применения

- Охлаждающая вода

Подготовка

- Перед использованием очистите кюветы и принадлежности.
- Перед началом анализа наружная поверхность кюветы должна быть чистой и сухой. Очистите кюветы снаружи тканью. Отпечатки пальцев или другие загрязнения должны быть удалены.
- Фотометр уже откалиброван на заводе-изготовителе или была выполнена калибровка, определяемая пользователем. Рекомендуется проверять точность калибровки с помощью стандарта:
 - если отображаемое измеренное значение кажется сомнительным или точность последней калибровки сомнительна
 - но не реже одного раза в месяц.
 Проверочное измерение должно проводиться в виде пробного измерения.



Примечания

1. Для измерения флюоресцина используйте только кюветы с черными крышками.
2. Большая разница температур между измерительным прибором и окружающей средой может привести к неправильным измерениям. В идеале измерения должны производиться при температуре пробы от 20 °C до 25 °C.
3. Кюветы и крышки для кювет должны быть тщательно очищены после каждого анализа, чтобы избежать помех.
4. Для обеспечения максимальной точности прибора всегда используйте системы реагентов от производителя прибора.
5. Никогда не сливайте в бутылку для хранения полученный стандарт.
6. Может быть выполнен метод пиковой выборки (см. руководство).




Выполнение определения Флуоресцеин


Выберите метод в устройстве.



24-Наполните кювету -мм
10 пробой мл.



Закройте кювету(ы).



Поместите кювету для
проб в измерительную
шахту. Обращайте
внимание на позициониро-
вание.

Test

Нажмите клавишу **TECT**
(XD: **СТАРТ**).

На дисплее отображается результат в формате ppb Флуоресцеин.



Химический метод

Свечение