

pH

SD / pH

0 - 14


## Anwendungsbereich

- Kühlwasser


## Anmerkungen

1. Die Beschreibung der Kalibrierung, die Herstellung der Pufferlösungen und die Geräteeinstellungen sind in der ausführlichen Bedienungsanleitung beschrieben. Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei.





Die Elektrode mit destilliertem oder deionisiertem Wasser abspülen und vorsichtig mit einem Papiertuch abtupfen.



Das Gerät ohne Schutzkappe in das zu messende Probenwasser halten, so das die Elektrode und der Temperaturfühler bis maximal zum Dicht-ring in das Probenwasser eintaucht.



Das Messergebnis wird angezeigt.