



DQO LMR TT

M133

15 - 300 mg/L COD^{b)}

LMr

Dichromate / H₂SO₄

Información específica del instrumento

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cuvette	λ	Rango de medición
MD 100, MD 110, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 16 mm	430 nm	15 - 300 mg/L COD ^{b)}
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	445 nm	15 - 300 mg/L COD ^{b)}

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
DQO LMR/25	25 Cantidad	2423120
ValidCheck DQO 120 mg/l + TON NN mg/l	1 Cantidad	48371425

Se requieren los siguientes accesorios.

Accesorios	Unidad de embalaje	No. de referencia
Termorreactor RD 125	1 Cantidad	2418940

Lista de aplicaciones

- Tratamiento de aguas de aporte
- Tratamiento de aguas residuales

Notas


1. La cubeta en blanco es estable si se deposita en un lugar oscuro. La cubeta en blanco y la cubeta de muestra deben ser del mismo lote.
2. No introducir las cubetas calientes en el compartimento de medición. Los mejores resultados se producirán dejando enfriar las cubetas durante la noche.






Ejecución de la determinación DQO LMR con tube test


Seleccionar el método en el aparato.




Preparar **dos cubetas reactivas**. Identificar una como cubeta en blanco.




Añadir **2 mL de agua desionizada** en la cubeta en blanco.




Añadir **2 mL de muestra** en la cubeta con la muestra.




Cerrar la(s) cubeta(s).




Mezclar el contenido girando con cuidado. **Atención: ¡Generación de calor!**




Disgregar la(s) cubeta(s) en el termoreactor precalentado durante **120 minutos a 150 °C**.



Extraer la cubeta del termoreactor. **(Atención: ¡La cubeta está caliente!)**




Dejar enfriar la(s) cubeta(s) a unos **60 °C**.



Mezclar el contenido girando.



Dejar enfriar la cubeta a temperatura ambiente y después medir.




Poner la **cubeta en blanco** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **ZERO**.



Extraer la **cubeta** del compartimiento de medición.



Poner la **cubeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **TEST** (XD: **START**).

A continuación se visualizará el resultado en mg/L DQO.



Método químico

Dichromate / H₂SO₄

Apéndice

Función de calibración para fotómetros de terceros

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	∅ 16 mm
a	0.00000•10 ⁰
b	-2.44280•10 ⁻²
c	
d	
e	
f	

Interferencia

Interferencias persistentes

- En casos excepcionales, los compuestos para los que la capacidad oxidativa del reactivo no sea suficiente, producen resultados erróneos.

Interferencias extraíbles

- Para evitar mediciones incorrectas debido a las sustancias en suspensión, es importante colocar las cubetas con cuidado en el compartimiento de medición, ya que debido al método se produce una precipitación en el fondo de las cubetas.
- Antes de comenzar con la determinación, las caras exteriores de las cubetas deberán estar totalmente limpias y secas. Las huellas dactilares o la humedad en las superficies ópticas de la cubeta pueden producir mediciones erróneas.
- En la versión estándar, el cloruro interfiere a partir de una concentración de 1000 mg/L. En la versión sin mercurio, la perturbación depende de la concentración de cloruro y de la DQO. En este caso, concentraciones de cloruro de 100 mg/L pueden provocar alteraciones importantes. Para eliminar altas concentraciones de cloruro en muestras de DQO, consulte el método M130 DQO LR TT.



Validación del método

Límite de detección	5.7 mg/L
Límite de determinación	17.2 mg/L
Límite del rango de medición	300 mg/L
Sensibilidad	-244 mg/L / Abs
Intervalo de confianza	2.56 mg/L
Desviación estándar	1.06 mg/L
Coefficiente de variación	0.67 %

Conforme a

ISO 15705:2002

De acuerdo a

ISO 15705:2002

DIN 38409 parte 41

⁹¹ Necesario un reactor para DQO (150 °C), TOC (120 °C), cromo total, nitrógeno, fosfato (100 °C)